



JAHS

JAPAN ASSOCIATION OF HEALTH SERVICE

認証書

公益財団法人広島県環境保健協会 殿

貴施設は本会が実施する「精度管理認証事業」において、本会の定める基準に達成していることを認証いたします。

有効期間：令和7年8月1日 ～ 令和8年7月31日

令和7年8月1日

公益財団法人 予防医学事業中央会

理事長 櫻林 郁之介



公益財団法人 予防医学事業中央会

技術委員長 東條 尚子



令和7年8月1日

公益財団法人広島県環境保健協会 殿

公益財団法人予防医学事業中央会

技術委員長 東條 尚子



令和6年度 精度管理認証事業評価報告書

予防医学事業中央会精度管理認証事業委員会において、精度管理状況を毎月確認し評価した結果、貴支部の「精度管理認証事業」令和6年度の評価結果は下記の通りとなりましたので報告いたします。

総合評価：A

月間評価（精度管理状況を月ごとに評価した結果）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
評価	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

検査項目別評価（検査項目ごとに一年間の精度管理状況を評価した結果）

項目	AST	ALT	γ-GT	クレアチニン	尿酸	グルコース	中性脂肪	総コレステロール	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HGB	RBC	HbA1c
評価	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

総合評価基準

- 総合評価 A：月間評価Aならびに検査項目別評価Aが、それぞれ年間で75%以上
総合評価 B：月間評価Aの割合が75%以上、検査項目別評価Aの割合が60%～74%
：月間評価Aの割合が60%～74%、検査項目別評価Aの割合が75%以上
：月間評価および検査項目別評価Aの割合がともに60%～74%
総合評価 C：月間評価および検査項目別評価Aの割合が一方あるいはともに60%未満

令和7年8月1日

一般財団法人広島県環境保健協会 殿

公益財団法人予防医学事業中央会
技術委員長 東條 尚子



令和6年度 精度管理認証事業評価報告書

総合評価：A

検査項目名	SDI (正確度) PI (精密度)	精度管理 試料 1:低濃度 2:高濃度	集計月												項目別 評価
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
AST	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ALT	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
γ-GT	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
CRE	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
UA	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GLU	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
TG	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
TC	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HDL-C	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
LDL-C	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HGB	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
RBC	SDI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A	
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	PI	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HbA1c	SDI	1						○						○	A
		2						○						○	
月間評価			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

○：±2.0以内、△：+2.1～+3.0、-2.1～-3.0、▲：+3.1～+4.0、-3.1～-4.0、×：+4.1以上、-4.1以下